

Số: *466* /BVNTTW

Hà Nội, ngày *22* tháng *4* năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Nội tiết Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm trang thiết bị phục vụ Đề tài nghiên cứu khoa học của Bệnh viện Nội tiết Trung ương – Phần trang thiết bị xét nghiệm, nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nội tiết trung ương. Địa chỉ: Đường Nguyễn Bô (Ngõ 215 Ngọc Hồi) - Tứ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phạm Thị Phương – Phòng Vật tư TBYT. Số điện thoại: 0984704354. Email: bangphuong09@gmail.com.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:

- *Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng 403 Nhà A Bệnh viện Nội tiết trung ương. Đường Nguyễn Bô (Ngõ 215 Ngọc Hồi) - Tứ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội.*
- 4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10h00 ngày 22-4-2024 đến 15h00 ngày 03-5-2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 03-5-2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa:

Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm

2. Địa điểm cung cấp thiết bị; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản thiết bị: Bệnh viện Nội tiết trung ương. Địa chỉ: Trụ sở: Đường Nguyễn Bô (Ngõ 215 Ngọc Hồi) – Tứ Hiệp – Thanh Trì – Hà Nội. Cơ sở: Số 80 Ngõ 82 Yên Lãng – Đống Đa – Hà Nội.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 03 tháng kể từ ngày ký hợp đồng

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng theo quy định của pháp luật.



- Thanh toán trong vòng 90 ngày sau khi hoàn thiện các tài liệu thanh toán.
- 5. Yêu cầu về hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau:
 - Báo giá (Theo mẫu tại Phụ lục 2 đính kèm.)
 - Catalog, hợp đồng tương tự, cấu hình và tính năng kỹ thuật của vật tư và các tài liệu khác liên quan (nếu có).

Rất mong được sự hợp tác của Quý vị. 

Trân trọng./.

Nơi nhận: ~~VT~~

- Như trên;

- Lưu: VT, VT-TBYYT.



GIÁM ĐỐC

Phan Hoàng Hiệp



PHỤ LỤC 1

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 466 /BVNTTW ngày 22 tháng 4 năm 2024)

STT	Danh mục	ĐVT	Số lượng	Thông số kỹ thuật yêu cầu
1	Kính hiển vi quang học kèm camera chụp ảnh	Cái	1	<p>1. Yêu cầu chung</p> <p>A. Kính hiển vi 3 mắt : 01 cái, bao gồm :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thân kính hiển vi 3 mắt: 01 cái; - Thị kính 10x, đường kính vi trường 20 mm: 02 cái.; - Vật kính phẳng chống mốc 4X: 01 cái; - Vật kính phẳng chống mốc 10X: 01 cái; - Vật kính phẳng chống mốc 40X: 01 cái; - Vật kính phẳng chống mốc 100XOil: 01 cái; - Dầu soi khoảng 8cc: 01 lọ; - Bao máy: 01 cái; - Dây điện nguồn: 01 cái; - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ <p>B. Camera kỹ thuật số : 01 cái</p> <p>C. Bộ máy tính : 01 bộ</p> <p>2. Yêu cầu cấu hình chi tiết</p> <p>A. Kính hiển vi 3 mắt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống quang học Vô cực - Đầu quan sát loại 3 đường truyền quang, bộ dẫn sáng (thị kính/công camera theo tỷ lệ 100/0 hoặc 0/100), khoảng cách điều chỉnh giữa 2 đồng tử khoảng 48-75 mm. Có vòng chỉnh độ diop phù hợp với từng người quan sát; - Thị kính chống mốc 10X, quang trường rộng F.N 20, góc nhìn 30°, mỗi thị kính có điều chỉnh độ Diop; - Độ phóng đại ≥ 1000 lần; -Mâm gắn vật kính dạng xoay tròn 360°, có tối thiểu 4 vị trí lắp vật kính. - Vật kính phẳng chống mốc 4X/ độ mở 0.10, khoảng cách làm việc ≥ 27.8 mm; - Vật kính phẳng chống mốc 10X/ độ mở 0.25, khoảng cách làm việc ≥ 8.0 mm; - Vật kính phẳng chống mốc 40X/ độ mở 0.65, khoảng cách làm việc ≥ 0.6 mm; - Vật kính phẳng chống mốc 100XOil/ độ mở 1.25, khoảng cách làm việc ≥ 0.13 mm;

STT	Danh mục	ĐVT	Số lượng	Thông số kỹ thuật yêu cầu
				<p>- Nút di chuyển tiêu bản loại đồng trục bố trí bên phải. Hành trình di chuyển mẫu: X x Y 76 x 30 mm (+ < 2%);</p> <p>Hộp tụ quang có độ mờ 1.25 dùng cho kỹ thuật trường sáng, có tối thiểu 6 mức độ điều chỉnh màn chắn sáng từ 1.8 – 29 mm, có nút dịch chuyển hộp tụ quang lên xuống;</p> <p>Nguồn sáng đèn LED, công suất ≥ 0.5 W, tuổi thọ dài ≥ 20.000 giờ;</p> <p>Điều chỉnh tiêu cự tinh/thô, giới hạn điều chỉnh tiêu cự 15 mm. Độ chính xác của điều chỉnh tiêu cự tinh < 2.5μm.</p> <p>Điều chỉnh tinh < 0.3 mm/vòng quay; Có khóa tiêu cự bảo vệ vật kính và mẫu tránh các tác động bên ngoài gây hỏng;</p> <p>- Chống trộm trên thân kính có đầu nổi dùng cho khóa kính;</p> <p>- Thiết kế công năng phía sau thân kính được thiết kế hộc chứa dây cáp điện khi không dùng</p> <p>B. Camera kỹ thuật số</p> <p>- Cảm biến hình ảnh: cảm biến màu CMOS hoặc tương đương;</p> <p>- Kích thước cảm biến: $\geq 1/1.8$ inch ;</p> <p>- Độ phân giải tối đa: $\geq 2592 \times 1944$ pixels;</p> <p>- Kích thước điểm ảnh: $\leq 2.4 \times 2.4$ μm;</p> <p>- Bộ chuyển đổi A/D: 8 bit;</p> <p>- Thời gian phơi sáng: từ 1 ms đến 918 ms;</p> <p>- Tỷ lệ khung hình động:</p> <p>+ Chụp nhanh ($\geq 2592 \times 1944$ pixels);</p> <p>+ Đạt tới 30 fps (on PC, $\geq 1920 \times 1080$ pixels);</p> <p>+ Đạt tới 60 fps (HDMI Output, $\geq 1920 \times 1080$ pixels);</p> <p>+ Đạt tới 25 fps (WLAN Output, $\geq 1920 \times 1080$ pixels);</p> <p>- Truyền dữ liệu: HDMI, WLAN (sử dụng đầu nối WLAN), Ethernet (sử dụng đầu nối USB-to-Ethernet)</p> <p>C. Bộ máy tính để bàn</p> <p>Cấu hình tương đương</p> <p>Bộ vi xử lý tối thiểu là Intel Core i5-12400 (up to 4.4Ghz, 18MB);</p> <p>Card đồ họa: rời hoặc tích hợp trên bảng mạch chủ;</p> <p>RAM ≥ 8GB loại tốc độ ≥ 2666MHz DDR4;</p> <p>Ổ cứng loại SSD dung lượng ≥ 512GB;</p> <p>Cổng kết nối: ≥ 2 USB 2.0; ≥ 2 USB 3.2; ≥ 1 audio jack;</p>

STT	Danh mục	ĐVT	Số lượng	Thông số kỹ thuật yêu cầu
				<p>Cổng giao tiếp với màn hình: tối thiểu phải có 1 cổng HDMI và Display port; Kết nối Wifi, Bluetooth; Hệ điều hành Windows 11 có bản quyền tối thiểu 01 năm; Kích thước màn hình ≥ 21.5 inch. Loại màn hình : LED hoặc tương đương. Độ phân giải màn hình $\geq 1920 \times 1080$ pixels</p>
2	Tủ hút khí độc	Cái	1	<ul style="list-style-type: none"> - Tốc độ dòng khí từ 0.3 – 0.8 m/s - Độ ồn < 61 dB - Độ rung < 0.4 μm - Vật liệu bàn làm việc: Tấm melamine cao cấp, kháng axit với kiềm tốt, chống ăn mòn cao - Tốc độ hút >1000 m³/h - Có ống dẫn kết nối với quạt gió để hút khí độc ra ngoài - Đèn UV để khử trùng

Tuy

!

PHỤ LỤC 2

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 466 /BVNTTW ngày 22 tháng 4 năm 2024)

MẪU BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Nội tiết Trung ương

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Nội tiết Trung ương, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các trang thiết bị y tế

STT	Danh mục trang thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/khối lượng ⁽⁷⁾	Thông số kỹ thuật ⁽⁸⁾	Đơn giá ⁽⁹⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹⁰⁾ (VND)
1	Trang thiết bị A								
2	Trang thiết bị B								
n	...								

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Thông số kỹ thuật chi tiết của hàng hóa

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

(11) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.