BỘ Y TẾ **BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TW**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 1225/BVNTTW	*Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2025*

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Nội tiết Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để lập kế hoạch mua sắm gói thầu: Mua sắm vật liệu lọc nước RO cho hệ thống chạy thận nhân tạo, nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nội tiết trung ương. Địa chỉ: Đường Nguyễn Bồ, phường Yên Sở, Thành phố Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá và liên hệ khảo sát (nếu cần): Ngô Văn Tiến - Phòng Hành chính Quản trị. Số điện thoại: 0782.595.999. Email: hcqtbvnttw@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng 407 Nhà A Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Đường Nguyễn Bồ, phường Yên Sở, Thành phố Hà Nội.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h00 ngày 04/09/2025 đến 17h00 ngày 10/09/2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày ký báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Nội dung công việc:

TT	Danh mục dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật
1	Thay thế đường ống, phụ kiện UPVC phi 34 và 42 từ tanh nước nguồn thành phố (tại buồng nước RO đến bơm đầu nguồn – qua các cột vật liệu – đến bơm trợ áp – cốc lọc 5 mcr -20 inch (bao gồm cả van đồng)	Gói	1	* Ống và phụ kiện đạt tiêu chuẩn ASTM/ANSI * Quy cách ống: 4m/1 cây * Đường kính ngoài ống 34: 33,4 mm. Độ dày: 3,38 mm, sai số 0,51 mm * Đường kính ngoài ống 42: 42,16 mm

Scanned with CamScanner

				Độ dày: 3,56 mm, sai số 0,51 mm
2	Thay thế Autovan tự động xục rửa thay cho cột đa cấp và cột than hoạt tính	Cái	4	Công suất lọc tối đa: 4 m3/giờ Cổ kết nối: 2.5 inch Áp suất làm việc: trong khoảng 0,15-0,6 Mpa Có 3 chức năng vận hành: lọc, rửa xuôi, rửa ngược
3	Thay thế Autovan tự động hoàn nguyên thay cho cột làm mềm	Cái	2	Công suất lọc tối đa: 4 m3/giờ Cổ kết nối: 2.5 inch Áp suất làm việc: trong khoảng 0,15-0,6 Mpa Có 5 chức năng vận hành: lọc, rửa xuôi, rửa ngược, hút muối, xả
4	Thay thế ồng hồ áp dầu thang đo max 5-7 bar	Cái	8	Đồng hồ áp dầu, vành Inox đường kính 63 mm, thang đo max ≥ 5-7 bar
5	Thay thế van lấy mẫu sau mỗi cột vật liệu	Cái	6	Chất liệu UPVC, phụ kiện đạt tiêu chuẩn ASTM/ANSI
6	Thay thế bóng đèn UV và balat đèn UV	Cái	2	Bóng đèn UV và balat đèn UV đồng bộ với đèn S5Q, công suất ≥ 30W
7	Thay thế lưu lượng kế đo công suất cho 2 hệ thống nước RO	Cái	6	* Kết nối vào-ra: Phi 34 mm * Thang đo max: ≥ 20 GPM (≥ 70 LPM)
8	Thay mới vật tư linh kiện điện của tủ điện, nâng cấp PLC cho tủ điều khiển của 2 hệ thống nước RO	Gói	2	Thay thế tủ điện cùng các vật tư sau : * Vật tư, linh kiện điện hãng Schneider, Omron hoặc tương đương * Bộ điều khiển báo đầy báo cạn * Nâng cấp PLC * Dây cáp điện, dây tín hiệu chống nhiễu
9	Thay thế vật liệu lọc đa cấp cho 2 cột 1865	Lít	320	* Tỷ trọng: khoảng 570-700 kg/m3 * Cỡ hạt: khoảng 0,9 - 1,2 mm * Quy cách: 40 lít/bao
10	Thay thế vật liệu than hoạt tính cho 2 cột 1865	Kg	175	* Kích thước: khoảng ~1,2 – 2,38 mm * Hấp phụ Iot: 850-900 mg/g * pH: 7-10 * Quy cách: 25 kg/bao
11	Vật liệu hạt làm mềm cho 2 cột 1865	Lít	350	* Kích thước hạt: 300 đến 1200 µm * pH: từ 0-14 * Quy cách: 25 lít/bao

Scanned with CamScanner

12	Sỏi đệm đáy	Kg	250	* Cỡ hạt: khoảng từ 2-6mm * Quy cách: 40 kg/bao

2. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Địa chỉ: Đường Nguyễn Bồ, phường Yên Sở, Thành phố Hà Nội

3. Yêu cầu về hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau:

- Báo giá (Theo mẫu tại Phụ lục đính kèm)

Rất mong được sự hợp tác của Quý đơn vị.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HCQT.

GIÁM ĐỐC

BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG

Phan Hoàng Hiệp

Scanned with CamScanner

PHỤ LỤC

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 1225 /BVNTTW ngày 04 tháng 9 năm 2025)

MẪU BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Nội tiết Trung ương

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Nội tiết Trung ương, chúng tôi …… *[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]* báo giá cho các danh mục hàng hóa và dịch vụ như sau:

1. Báo giá cho các hàng hóa

STT	Danh mục hàng hóa và dịch vụ(1)	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất(2)	Năm sản xuất (3)	Xuất xứ (4)	Số lượng(5)	Thông số kỹ thuật(6)	Đơn giá(7) (VND) (Đã bao gồm VAT)	Thành tiền(8) (VND)
1								
n	...							

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của danh mục báo giá)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 120 ngày, kể từ ngày báo giá.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Scanned with CamScanner

- Giá trị của các danh mục nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

……, ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp[9]

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1)(2)(3)(4) : Điền đầy đủ các thông tin của hàng hóa.

(6) Thông số kỹ thuật chi tiết của hàng hóa nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng hàng hóa. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng hàng hóa (bao gồm thuế, phí, lệ phí và hàng hóa liên quan (nếu có) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

(9) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Scanned with CamScanner