

BỘ Y TẾ

BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TW

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *121* /BVNTTW-VTTBYT

Hà Nội, ngày *29* tháng 8 năm 2025

YÊU CẦU BẢO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Nội tiết Trung ương có nhu cầu tiếp nhận bảo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Cung cấp dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện, phụ kiện thiết bị y tế lần 1 năm 2025”, nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu bảo giá

- Đơn vị yêu cầu bảo giá: Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Địa chỉ: Đường Nguyễn Bô - Phường Yên Sở - Hà Nội.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận bảo giá: Phạm Thị Phương, chuyên viên phòng VTTBYT. Số điện thoại: 098.4704354.

3. Cách thức tiếp nhận bảo giá:

- *Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng 403 Nhà A Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Đường Nguyễn Bô - Phường Yên Sở - Hà Nội.*

Nhà thầu gửi kèm bản mềm báo giá vào địa chỉ email: Email: vttbyt.bvnttw@gmail.com.

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 9h00' ngày 29/8/2025 đến 10h00' ngày 10/9/2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 10/9/2025.

II. Nội dung yêu cầu bảo giá:

- Chi tiết các yêu cầu dịch vụ như sau:

STT	Danh mục dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Sửa chữa thay thế linh kiện máy X-Quang di động kỹ thuật số Model DR-XD 1000 Hãng sản xuất: Fujifilm/ Nhật Bản Năm sản xuất: 2019	Thay pin cho máy X-Quang di động kỹ thuật số Model DR-XD 1000 - Chung loại: Pin Lithium - Thời gian runtime: Ở điều kiện: Pin mới, sạc đầy 100%, thông số chụp 85kV 1.6mAs, 20 lần phát tia trong 1 giờ thì máy có thể hoạt động trong 12 tiếng - Thời gian sạc đầy: Từ mức 0% đến 100% thì thời gian sạc đầy là 4 tiếng.	01	Máy

		Ngoài ra, có thể sạc trong 15 phút thì thời gian sử dụng là 1 tiếng với điều kiện: thông số chụp 85KV-1.6mAs, 20 lần phát tia trong 1 giờ. - Đèn chỉ thị báo hiệu mức độ của pin: LED chỉ thị mức độ pin trên bảng XCON. - Tuổi thọ của pin: 48 tháng ($\pm 10\%$). - Linh kiện thay thế hoạt động tương thích với máy X-Quang di động kỹ thuật số Model DR-XD 1000. - Linh kiện thay thế đảm bảo mới 100% chưa qua sử dụng. - Sau khi sửa chữa, thay thế linh kiện đảm bảo thiết bị hoạt động tốt, ổn định, an toàn, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất và yêu cầu chuyên môn. - Thời gian bảo hành: theo quy định của		
2	Sửa chữa thay thế linh kiện cho máy tiết kiệm nhiệt độ thấp Model: Sterrad 100S Hãng sản xuất: Johnson & Johnson/ Mỹ Năm sản xuất: 2016	Thay nguồn phát sóng Plasma cho máy tiết kiệm nhiệt độ thấp Model: Sterrad 100S. - Bộ nguồn tần số thấp để tạo môi trường Plasma khí nhiệt độ thấp trong buồng tiết kiệm của máy tiết kiệm Sterrad 100S - Nguồn điện sử dụng: 90-264 VAC, 47-63 Hz. - Điện cực cách ly: 49-54 KHz, tối đa 8 micro giây - Điện áp khởi động: 490-520 V; Điện áp danh nghĩa: 390-415 V - Công suất nguồn: 400 W - Linh kiện thay thế hoạt động tương thích với máy tiết kiệm nhiệt độ thấp Model: Sterrad 100S. - Linh kiện thay thế đảm bảo mới 100% chưa qua sử dụng. - Sau khi sửa chữa, thay thế linh kiện đảm bảo thiết bị hoạt động tốt, ổn định, an toàn, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất và yêu cầu chuyên môn. - Thời gian bảo hành: theo quy định của	01	Máy

		hãng sản xuất.		
3	Sửa chữa thay thế linh kiện cho máy sấy Imesa Model: ES55 Hãng sản xuất: Imesa/ Italy Năm sản xuất: 2016	Thay thế giàn nhiệt sử dụng cho máy sấy công nghiệp Imesa Model: ES55. - Điện áp sử dụng: 380 Vac, tần số 50/60 Hz. - Công suất: 60 - 80 kW - Linh kiện thay thế hoạt động tương thích với máy sấy công nghiệp Imesa Model: ES55. - Linh kiện thay thế đảm bảo mới 100% chưa qua sử dụng. - Sau khi sửa chữa, thay thế linh kiện đảm bảo thiết bị hoạt động tốt, ổn định, an toàn, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất và yêu cầu chuyên môn. - Thời gian bảo hành: theo quy định của hãng sản xuất.	01	Máy
4	Sửa chữa thay thế linh kiện cho dao mổ điện cao tần Model: ESU-X300NT Hãng sản xuất: Geister/Italy Năm sản xuất: 2016	Sửa chữa bảng mạch điều khiển công suất dao mổ điện cao tần Model: ESU-X300NT. - Các linh kiện thay thế hoạt động tương thích với dao mổ điện cao tần Model: ESU-X300NT - Linh kiện thay thế đảm bảo mới 100% chưa qua sử dụng. - Sau khi sửa chữa, thay thế linh kiện đảm bảo thiết bị hoạt động tốt, ổn định, an toàn, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất và yêu cầu chuyên môn. - Thời gian bảo hành: theo quy định của hãng sản xuất.	01	Máy
5	Sửa chữa thay thế linh kiện cho máy siêu âm điều trị đa tần Model: US-751 Hãng sản xuất: Ito/ Nhật bản Năm sản xuất: 2015	Thay màn hình cảm ứng sử dụng cho máy siêu âm điều trị đa tần Model: US-751 - Loại màn hình cảm ứng TFT - Kích thước màn hình 7 inch - Lắp đặt vận hành tương thích với máy siêu âm điều trị đa tần US-751 - Linh kiện thay thế đảm bảo mới 100% chưa qua sử dụng.	01	Máy

		- Sau khi sửa chữa, thay thế linh kiện đảm bảo thiết bị hoạt động tốt, ổn định, an toàn, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất và yêu cầu chuyên môn. - Thời gian bảo hành: theo quy định của hãng sản xuất.		
6	Sửa chữa thay thế linh kiện cho bộ nguồn sáng Xenon Model: Nova 300 Hãng SX: Karl Storz, Nước SX: Đức Năm sản xuất: 2008	Thay thế bóng đèn cho bộ nguồn sáng Xenon Model: Nova 300. - Công suất (W) 300; Điện áp (V) 15; Dòng điện không đổi (A) 18-21; - Arc Gap (mm) 1.5 ; Loại phổ Ozone Free; - Đường kính mặt đèn (mm) $\varnothing 25.4$; - Góc phản xạ Parabol; - Số giờ hoạt động (h) ≥ 500 h - Ánh sáng phát ra + Công suất chiếu sáng (W) 50; Quang thông (lm) 45000; + Quang thông (tại khẩu độ 5mm) (lm) 1830; Nhiệt độ màu (K) 6100 - Điều kiện vận hành (bóng đèn) + Vị trí chiếu sáng: Nằm ngang ; Nhiệt độ trụ sứ Max.150°; + Nhiệt độ chân đế Max.200° ; Giải nhiệt nhanh. + Điều khiển: điều khiển dòng cổ định và công suất + Dòng gợn (P-P) Max 5% + Điện thế kích: Min.AC23kV + Điện thế nguồn: Min.140V + Sau 500 giờ giá trị chiếu sáng lớn hơn 60% giá trị ban đầu + Sau 1000 giờ giá trị chiếu sáng lớn hơn 50% giá trị ban đầu - Các linh kiện thay thế hoạt động tương thích với bộ nguồn sáng xenon Model: Nova 300. - Linh kiện thay thế đảm bảo mới 100% chưa qua sử dụng. - Sau khi sửa chữa, thay thế linh kiện đảm	01	Cải

		bảo thiết bị hoạt động tốt, ổn định, an toàn, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất và yêu cầu chuyên môn. - Bảo hành: số giờ hoạt động $\geq 500h$		
7	Sửa chữa thay thế linh kiện cho máy giặt công nghiệp Model: UCL080 Hãng SX: UNIMAC, Nước SX: Mỹ Năm sản xuất: 2009	- Thay thế bi trục lồng quay máy giặt UCL080 bên trong, Mã linh kiện : F745015-1 (01 vòng) - Thay thế bi trục lồng quay máy giặt UCL080 bên ngoài, Mã linh kiện: F745016-1 (01 vòng) - Thay thế phốt ngăn nước máy giặt UCL080, Mã linh kiện : F8203804 (02 cái) - Linh kiện thay thế hoạt động tương thích với máy giặt công nghiệp Unimac Model: UCL080. - Linh kiện thay thế đảm bảo mới 100% chưa qua sử dụng - Sau khi sửa chữa, thay thế linh kiện đảm bảo thiết bị hoạt động tốt, ổn định, an toàn, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất và yêu cầu chuyên môn. - Thời gian bảo hành: theo quy định của hãng sản xuất.	01	Máy
8	Sửa chữa thay thế linh kiện cho máy gây mê kèm thở Model: Aespire 7900 Hãng sản xuất: GE Healthcare/Mỹ Năm sản xuất: 2011	Sửa chữa thay thế bảng mạch E-SIB cho máy gây mê kèm thở Model: Aespire 7900 - Bảng mạch lắp đặt vận hành tương thích với máy gây mê kèm thở Aespire 7900. - Căn chỉnh các thông số cho máy - Linh kiện thay thế đảm bảo mới 100% chưa qua sử dụng - Sau khi sửa chữa, thay thế linh kiện đảm bảo thiết bị hoạt động tốt, ổn định, an toàn, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất và yêu cầu chuyên môn. - Thời gian bảo hành: theo quy định của hãng sản xuất.	01	Máy

9	Sửa chữa thay thế linh kiện cho dây nội soi mềm dạ dày đại tràng Mode: GIF-H170 Hãng sản xuất: Olympus/Nhật bản Năm sản xuất: 2016	01	Dây
		- Thay lưới bảo vệ uốn cong (1 cái) - Thay cao su bảo vệ uốn cong (1 cái) - Thay thân ống soi (1 cái) - Thay cáp điều khiển (4 cái) - Thay chốt chặn cáp điều khiển (4 cái) - Sửa chữa cụm bending điều khiển - Sửa chữa bộ phận điều khiển. - Linh kiện thay thế hoạt động tương thích với dây nội soi mềm dạ dày Mode: GIF-H170 - Linh kiện thay thế đảm bảo mới 100% chưa qua sử dụng - Sau khi sửa chữa, thay thế linh kiện đảm bảo thiết bị hoạt động tốt, ổn định, an toàn, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất và yêu cầu chuyên môn. - Thời gian bảo hành: theo quy định của hãng sản xuất.	

2. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Địa chỉ: Cơ sở đường Nguyễn Bô, phường Yên Sở, thành phố Hà Nội. Cơ sở số 80 Ngõ 82 Yên Lãng, phường Đồng Đa, thành phố Hà Nội.

3. Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không áp dụng

- Thanh toán trong vòng 90 ngày sau khi hoàn thiện các tài liệu thanh toán.

5. Yêu cầu về hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau:

- Báo giá (Theo mẫu tại Phụ lục đính kèm.)

- Catalog, hợp đồng tương tự, cấu hình và tính năng kỹ thuật của vật tư và các tài liệu khác liên quan (nếu có).


Rất mong được sự hợp tác của Quý Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, VTTBYT.



Phan Hoàng Hiệp

Mẫu báo giá kèm theo yêu cầu báo giá số: *19/M / BVNTTW-VTTBYT* ngày *29/8/2025*).

[TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ]

Địa chỉ:
Số điện thoại : Fax:
E-mail:
Website:.....

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Bệnh viện Nội tiết Trung ương.

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của **Bệnh viện Nội tiết Trung ương**, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế.

STT	Danh mục dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền
1						
2						
...						
Tổng cộng:						

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 120 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm...[ghi ngày ...tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục 1 - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng...năm 2025.
Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp⁽²⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chúng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.