

Số: 1601/BVNTTW-VTTBYT

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Nội tiết Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Cung cấp dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện, phụ kiện thiết bị y tế lần 2 năm 2025”, nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Địa chỉ: Đường Nguyễn Bô - Phường Yên Sở - Hà Nội.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phạm Thị Phương, chuyên viên phòng VTTBYT. Số điện thoại: 098.4704354.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng 403 Nhà A Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Đường Nguyễn Bô - Phường Yên Sở - Hà Nội.
 - Nhà thầu gửi kèm bản mềm báo giá vào địa chỉ email: Email: vtbyt.bvnttw@gmail.com.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 9h00' ngày 13/11/2025 đến 10h00' ngày 23/11/2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 23/11/2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Chi tiết các yêu cầu dịch vụ như sau:

STT	Danh mục dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Sửa chữa thay thế linh kiện dao cắt cầm máu siêu âm tích hợp dao hàn mạch lưỡng cực; Model: GEN11; Hãng sản xuất: Jonhson & Jonhson; Nước sản xuất: Mỹ/ Mexico; Năm sx: 2018			

1.1	Sửa chữa thay thế các linh kiện hỏng trên bảng mạch điều khiển công suất	- Sửa chữa, thay thế linh kiện tương thích với dao cắt cảm mẫu siêu âm tích hợp dao hàn mạch lưỡng cực Model: GEN11, Hãng sản xuất: Jonhson & Jonhson, Nước sản xuất: Mỹ/ Mexico - Căn chỉnh thông số hoạt động theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, sau khi sửa chữa thiết bị hoạt động liên tục ổn định, an toàn, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất và yêu cầu chuyên môn. - Thời gian bảo hành: theo quy định của hãng sản xuất.	01	Máy
2	Sửa chữa máy cắt tiêu bản quay tay; Model: HM 325; Hãng SX: Thermo Scientific; Nước SX: Trung Quốc; Năm sx: 2017			
2.1	Sửa chữa, thay thế phụ kiện: Ray bi, bánh răng, tra dầu chuyên dụng	- Sửa chữa thay thế bộ ray bi điều hướng, bánh răng, tra dầu chuyên dụng cho máy cắt tiêu bản quay tay, phụ kiện thay thế tương thích với máy cắt tiêu bản quay tay Model: HM 325, Hãng SX: Thermo Scientific/nước SX: Trung Quốc. - Căn chỉnh thông số hoạt động theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, sau khi sửa chữa thiết bị hoạt động liên tục ổn định, an toàn, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất và yêu cầu chuyên môn. - Thời gian bảo hành: theo quy định của hãng sản xuất.	01	Máy
3	Sửa chữa Máy chuyển bệnh phẩm; Model: Excelsior AS; Hãng sx: Thermo Scientific; Nước sx: Anh; Năm sx: 2017			
3.1	Sửa chữa thay thế cảm biến mức hóa chất chuyên dụng cho máy xử lý mô Excelsior AS/Thermo Shandon	- Điện áp: 12V - Cường độ dòng điện: 150mA - Nhiệt độ bảo quản +80C đến +250C - Lắp đặt tương thích với máy xử lý mô Excelsior AS/Thermo Shandon - Lắp đặt vận hành chạy thử sau khi sửa chữa thay thế - Căn chỉnh thông số hoạt động theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, sau khi sửa chữa thiết bị hoạt động liên tục ổn định, an toàn, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất và yêu cầu chuyên môn. - Thời gian bảo hành: theo quy định của hãng sản xuất.	04	Cái

3.2	Sửa chữa thay thế bình ắc quy tích điện khi có sự cố mất điện	- Điện áp: 12V - Dung lượng: 12Ah - Kích thước (Dài x Rộng x Cao) (mm): 151 x 98 x 93 (± 3mm) - Lắp đặt vận hành chạy thử sau khi sửa chữa thay thế. - Thời gian bảo hành: theo quy định của hãng sản xuất.	02	Cải
3.3	Sửa chữa tấm gia nhiệt đáy buồng nền cho máy xử lý mô Excelsior AS/ Thermo Shandon	- Bóc tách tấm gia nhiệt - Thay thế bảo vệ quá nhiệt - Dẫn bọc lại tấm gia nhiệt - Điện áp đầu vào: 48V - Công suất tiêu thụ: 150W - Chất liệu: Silicon và chất dẫn điện chịu nhiệt - Bảo vệ quá nhiệt 120 độ C - Lắp đặt vận hành chạy thử sau khi sửa chữa - Vệ sinh bảo dưỡng tổng thể thiết bị. - Thời gian bảo hành: theo quy định của hãng sản xuất.	03	Tấm

2. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Địa chỉ: đường Nguyễn Bô, phường Yên Sở, thành phố Hà Nội.

3. Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không áp dụng
- Thanh toán trong vòng 90 ngày sau khi hoàn thiện các tài liệu thanh toán.
- 5. Yêu cầu về hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau:
 - Báo giá (Theo mẫu tại Phụ lục đính kèm.)
 - Catalog, hợp đồng tương tự, cấu hình và tính năng kỹ thuật của vật tư và các tài liệu khác liên quan (nếu có).

Rất mong được sự hợp tác của Quý Công ty.


Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, VTTBYT.

GIÁM ĐỐC



Phan Hoàng Hiệp

Mẫu báo giá kèm theo yêu cầu báo giá số: 4601/ BVTTW-VTTBTW ngày 12/11/2025).

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Địa chỉ:
Số điện thoại : Fax:
E-mail:
Website:.....

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Bệnh viện Nội tiết Trung ương.

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Nội tiết Trung ương, chúng tôi.....[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế.

STT	Danh mục dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền
1						
2						
...						
Tổng cộng:						

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 120 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm...[ghi ngày ... tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

, ngày... tháng... năm 2025.
Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp⁽²⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.