

Số: 422 /BVNTTW-VTTBYT

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Nội tiết Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Cung cấp dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện, phụ kiện thiết bị y tế lần 1 năm 2026”, nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Địa chỉ: Đường Nguyễn Bô - Phường Yên Sở - Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phạm Thị Phương, chuyên viên phòng VTTBYT. Số điện thoại: 098.4704354.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng 403 Nhà A Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Đường Nguyễn Bô - Phường Yên Sở - Hà Nội.

Nhà thầu gửi kèm bản mềm báo giá vào địa chỉ email: Email: vtbyt.bvnttw@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h00' ngày 27/3/2026 đến 11h00' ngày 07/4/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 07/4/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Chi tiết các yêu cầu dịch vụ như sau:

STT	Danh mục dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Sửa chữa, thay thế linh kiện, phụ kiện cho máy máy hấp tiệt trùng SMS Model: AS6615WPA			

1.1	Sửa chữa thay thế linh kiện, phụ kiện: Khởi động từ dùng cho máy hấp tiết trùng SMS Model: AS6615WPA	- Điện áp sử dụng: 380 V AC, tần số 50/60 Hz. - Linh kiện thay thế đảm bảo mới 100% chưa qua sử dụng, lắp đặt vận hành tương thích với máy hấp tiết trùng SMS Model: AS6615WPA - Căn chỉnh thông số hoạt động theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, sau khi sửa chữa, thay thế linh kiện thiết bị hoạt động liên tục ổn định, an toàn, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất và yêu cầu chuyên môn. - Thời gian bảo hành $\geq$ 06 tháng.	03	Cải
1.2	Sửa chữa, thay thế linh kiện, phụ kiện: Cảm biến nhiệt độ dùng cho máy hấp tiết trùng SMS Model: AS6615WPA	- Điện áp sử dụng: 24VDC, tần số 50/60 Hz. - Dải nhiệt độ: 0°C đến 200°C - Linh kiện thay thế đảm bảo mới 100% chưa qua sử dụng, lắp đặt vận hành tương thích với máy hấp tiết trùng SMS Model: AS6615WPA - Căn chỉnh thông số hoạt động theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, sau khi sửa chữa, thay thế linh kiện thiết bị hoạt động liên tục ổn định, an toàn, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất và yêu cầu chuyên môn. - Thời gian bảo hành $\geq$ 06 tháng.	01	Cải
1.3	Sửa chữa, thay thế linh kiện, phụ kiện: Cảm biến áp suất dùng cho máy hấp tiết trùng SMS Model: AS6615WPA	- Điện áp sử dụng: 24VDC, tần số 50/60 Hz. - Dải áp suất: -100kpa đến 500kpa. - Linh kiện thay thế đảm bảo mới 100% chưa qua sử dụng, lắp đặt vận hành tương thích với máy hấp tiết trùng SMS Model: AS6615WPA - Căn chỉnh thông số hoạt động theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, sau khi sửa chữa, thay thế linh kiện thiết bị hoạt động liên tục ổn định, an toàn, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất và yêu cầu chuyên môn. - Thời gian bảo hành $\geq$ 06 tháng.	01	Cải

2	Sửa chữa, thay thế linh kiện, phụ kiện cho máy giặt công nghiệp Hãng sản xuất: IMESA. Nước sản xuất: ITALY; Model: LM30			
2.1	Sửa chữa, thay thế linh kiện, phụ kiện: Mạch điều khiển dùng cho máy giặt công nghiệp Model LM30	- Chương trình tự động được cài đặt sẵn. - Nguồn điện hoạt động 220V, tần số 50hz. - Linh kiện thay thế đảm bảo mới 100% chưa qua sử dụng, lắp đặt vận hành tương thích với máy giặt công nghiệp Model LM30. - Căn chỉnh thông số hoạt động theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, sau khi sửa chữa, thay thế linh kiện thiết bị hoạt động liên tục ổn định, an toàn, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất và yêu cầu chuyên môn. - Thời gian bảo hành $\geq$ 06 tháng.	01	Cải
2.2	Sửa chữa, thay thế linh kiện, phụ kiện: Biến tần dùng cho máy giặt công nghiệp Model LM30	- Nguồn điện hoạt động 380VAC/ 50Hz - Công suất 7,5kw - Linh kiện thay thế đảm bảo mới 100% chưa qua sử dụng, lắp đặt vận hành tương thích với máy giặt công nghiệp Model LM30. - Căn chỉnh thông số hoạt động theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, sau khi sửa chữa, thay thế linh kiện thiết bị hoạt động liên tục ổn định, an toàn, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất và yêu cầu chuyên môn. - Thời gian bảo hành $\geq$ 06 tháng.	01	Cải
3	Sửa chữa, thay thế linh kiện cho máy giặt công nghiệp Hãng sản xuất: ELECTROLUX. Nước sản xuất: THỤY DIỄN Model: W5330N			

3.1	Sửa chữa, thay thế linh kiện: Van xả dùng cho máy giặt công nghiệp model W5330N	- Chứng loại thường mở. - Điện áp sử dụng 220V/50 Hz. - Có ba cửa . - Linh kiện thay thế đảm bảo mới 100% chưa qua sử dụng, lắp đặt vận hành tương thích với máy giặt công nghiệp Hãng sản xuất: ELECTROLUX. Nước sản xuất: THỤY ĐIỂN. - Căn chỉnh thông số hoạt động theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, sau khi sửa chữa, thay thế linh kiện thiết bị hoạt động liên tục ổn định, an toàn, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất và yêu cầu chuyên môn. - Thời gian bảo hành ≥ 06 tháng	01	Cải
4	Sửa chữa, thay thế linh kiện, phụ kiện cho máy hấp tiết khuôn nhiệt độ cao Hãng sản xuất: CISA. Nước sản xuất: ITALY; Model: 6412HS.1P.E.TS.SY			
4.1	- Sửa chữa, thay thế linh kiện, phụ kiện: Gioăng cửa dùng cho máy hấp tiết khuôn nhiệt độ cao Model: 6412HS.1P.E.TS.SY	- Chất liệu silicon chịu nhiệt độ 180°C. - Áp suất hơi 6 bar. - Linh kiện thay thế đảm bảo mới 100% chưa qua sử dụng, lắp đặt vận hành tương thích với máy hấp tiết khuôn nhiệt độ cao Hãng sản xuất: CISA. Nước sản xuất: ITALY. - Căn chỉnh thông số hoạt động theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, sau khi sửa chữa, thay thế linh kiện thiết bị hoạt động liên tục ổn định, an toàn, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất và yêu cầu chuyên môn. - Thời gian bảo hành ≥ 06 tháng	01	Cải
5	Sửa chữa máy cắt tiêu bản quay tay Model: HM325, Hãng sản xuất: Thermo Scientific; Nước sản xuất: Trung Quốc; Năm sản xuất: 2017			

5.1	Sửa chữa máy cắt tiêu bản quay tay Model: HM325, Hãng sản xuất: Thermo Scientific; Nước sản xuất: Trung Quốc; Năm sản xuất: 2017	01	Cải
6	Sửa chữa, thay thế linh kiện, phụ kiện hệ thống chụp cắt lớp vi tính xoắn ốc 128 lát cắt trên vòng quay Model: Revolution EVO; Hãng sản xuất: GE Healthcare; Nước sản xuất: Nhật Bản; Năm sản xuất: 2016		
6.1	Sửa chữa, thay thế linh kiện: Cấp điện cao thế có gắn đầu nối, cách điện bằng plastic	01	Cải
	- Cấp cao thế có gắn đầu nối - Chất liệu: plastic - Điện áp: 75kVDC - Linh kiện thay thế đảm bảo mới 100% chưa qua sử dụng, lắp đặt vận hành tương thích với hệ thống chụp cắt lớp vi tính xoắn ốc 128 lát cắt trên vòng quay Model: Revolution EVO; Hãng sản xuất: GE Healthcare; Nước sản xuất: Nhật Bản. - Căn chỉnh thông số hoạt động theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, sau khi sửa chữa, thay thế linh kiện thiết bị hoạt động liên tục ổn định, an toàn, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất và yêu cầu chuyên môn. - Thời gian bảo hành ≥ 03 tháng		

7	Sửa chữa, thay thế linh kiện, phụ kiện Hệ thống máy chụp xạ hình SPECT/CT 2 đầu thu Model: Optima NM/CT 640 Hãng sản xuất: GE Healthcare; Nước sản xuất: Israel; Năm sản xuất: 2018			
7.1	Sửa chữa, thay thế linh kiện: Chổi than truyền tín hiệu	- Trọng lượng: 0.04 kg - Kích thước: 33 x 25 x 2 cm - Linh kiện thay thế đảm bảo mới 100% chưa qua sử dụng, lắp đặt vận hành tương thích với Hệ thống máy chụp xạ hình SPECT/CT 2 đầu thu Model: Optima NM/CT 640 Hãng sản xuất: GE Healthcare; Nước sản xuất: Israel.	01	Cải
8	Sửa chữa, thay thế linh kiện, phụ kiện đầu dò Linear Máy siêu âm Doppler 1 đầu dò kèm bộ ghá sinh thiết Model: Prosoud α6, nước sản xuất: Nhật Bản			
8.1	Sửa chữa, thay thế linh kiện, phụ kiện: Đầu dò linear Máy siêu âm Doppler 1 đầu dò kèm bộ ghá sinh thiết Model: Prosoud α6, nước sản xuất: Nhật Bản	- Bọc lại cao su đầu dò - Thay thế các chấn tử hư hỏng - Linh kiện thay thế đảm bảo mới 100% chưa qua sử dụng, lắp đặt vận hành tương thích với đầu dò Linear Máy siêu âm Doppler 1 đầu dò kèm bộ ghá sinh thiết Model: Prosoud α6, nước sản xuất: Nhật Bản. - Căn chỉnh thông số hoạt động theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, sau khi sửa chữa, thay thế linh kiện thiết bị hoạt động liên tục ổn định, an toàn, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất và yêu cầu chuyên môn. - Thời gian bảo hành ≥ 06 tháng	01	Cải

9	Sửa chữa, thay thế linh kiện, phụ kiện Máy hấp tiệt Khuẩn loại 2 cửa, dung tích 609 lít; Model: GSS67H, hãng sản xuất: Getinge/Ba Lan			
9.1	Sửa chữa, thay thế linh kiện, phụ kiện: Bộ điều khiển máy hấp tiệt khuẩn loại 2 cửa, dung tích 609 lít Model: GSS67H, hãng sản xuất: Getinge/Ba Lan	- Thay thế bộ điều khiển máy hấp tiệt khuẩn loại 2 cửa, dung tích 609 lít Model: GSS67H, hãng sản xuất: Getinge/Ba Lan - Bộ điều khiển bao gồm: + Bảng mạch điều khiển trung tâm + 02 màn hình cửa trước và sau + điện áp 220V/50hz + Giải nhiệt độ cho phép hoạt động: từ 0^oC đến 134 ^oC. + Giải áp xuất: - 0,6 bar đến 2,2 bar - Linh kiện thay thế đảm bảo mới 100% chưa qua sử dụng, lắp đặt vận hành tương thích với máy hấp tiệt khuẩn loại 2 cửa, dung tích 609 lít Model: GSS67H, hãng sản xuất: Getinge/Ba Lan. - Căn chỉnh thông số hoạt động theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, sau khi sửa chữa, thay thế linh kiện thiết bị hoạt động liên tục ổn định, an toàn, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất và yêu cầu chuyên môn. - Thời gian bảo hành ≥ 06 tháng	01	Cải

2. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Địa chỉ: đường Nguyễn Bô, phường Yên Sở, thành phố Hà Nội.

3. Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không áp dụng

- Thanh toán trong vòng 90 ngày sau khi hoàn thiện các tài liệu thanh toán.

5. Yêu cầu về hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau:

- Báo giá (Theo mẫu tại Phụ lục đính kèm.)

- Catalog, hợp đồng tương tự, cấu hình và tính năng kỹ thuật của vật tư và các tài liệu khác liên quan (nếu có).

- Trong trường hợp cần thiết, nhà thầu có thể liên hệ bệnh viện vào khảo sát thực tế, để bảo giá cho phù hợp.


Rất mong được sự hợp tác của Quý Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VTTBYT.

GIÁM ĐỐC



Phan Hoàng Hiệp

Mẫu báo giá kèm theo yêu cầu báo giá số: 492/BVNTTW-VTTBYT ngày 27/3/2026).

[TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ]

Địa chỉ:
Số điện thoại : Fax:
E-mail:
Website:.....

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Bệnh viện Nội tiết Trung ương.

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của **Bệnh viện Nội tiết Trung ương**, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế.

STT	Danh mục dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá đã bao gồm thuế VAT (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1						
2						
...						
Tổng cộng:						

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 120 ngày], kể từ ngày 07 tháng 4 năm 2026 [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

, ngày.... tháng....năm 2026.

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp⁽²⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.