

Số: 876 /BVNTTW

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Nội tiết Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để lập kế hoạch mua sắm gói thầu: Mua sắm hệ thống xử lý lọc nước RO 1000l/h sử dụng trong Bệnh viện, nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nội tiết trung ương. Địa chỉ: Đường Nguyễn Bô, phường Yên Sở, Thành phố Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá và liên hệ khảo sát (nếu cần): Ngô Văn Tiến - Phòng Hành chính Quản trị. Số điện thoại: 0782.595.999. Email: hcqtbvnttw@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng 407 Nhà A Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Đường Nguyễn Bô, phường Yên Sở, Thành phố Hà Nội.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 7h00 ngày 12/06/2026 đến 17h00 ngày 19/06/2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày ký báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Nội dung công việc:

TT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật
1	Hệ thống xử lý nước RO 1000l/h	Hệ	1	1. Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: từ năm 2026 trở đi - Chất lượng máy: mới 100% - Nguồn cung cấp: 220/380V, 50HZ - Chứng nhận ISO 13485 hoặc 9001 hoặc tương

			<p>đương.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chi số xét nghiệm nước RO đầu ra đáp ứng QCVN 06-01/2010/BYT của Bộ Y Tế - Kết nối hoàn chỉnh với hệ thống xử lý nước RO đang sử dụng của Bệnh viện <p>2.Yêu cầu chi tiết:</p> <p>Hệ thống xử lý nước RO 1000l/h bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hệ tiên lọc đa cấp, khử Clo, làm mềm khử Canxi và Ma giê - Hệ thiết bị thẩm thấu ngược RO - Hệ thiết bị đèn UV khử vi sinh, lọc vi khuẩn - nội độc tố <p>a. Hệ tiên lọc đa cấp, khử Clo, làm mềm khử Canxi và Ma giê bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bơm cấp nước nguồn vào hệ thống: 01 máy Công suất $\geq 0,75$ kw/220v/50Hz. - Cột lọc đa cấp: 01 bộ + Chất liệu: composite + Kích cỡ cột lọc: 12x52 inch + Vật liệu lọc: <ul style="list-style-type: none"> Sỏi lọc nước Vật liệu lọc đa năng + Autovan 03 chức năng tự động xục rửa: 01 cái - Cột lọc các bon khử Clo: 01 bộ + Chất liệu: composite + Kích cỡ cột lọc: 12x52 inch + Vật liệu lọc: <ul style="list-style-type: none"> Than hoạt tính cao cấp Sỏi lọc nước + Autovan 03 chức năng tự động xục rửa: 01 cái - Cột lọc làm mềm nước, khử cứng: 01 bộ + Chất liệu: composite
--	--	--	---

				<p>+ Vật liệu lọc:</p> <p>Hạt nhựa trao đổi ion - xuất xứ G7</p> <p>Sỏi lọc nước</p> <p>+ Kích cỡ cột lọc: 12x52 inch</p> <p>+ Auto Van 05 cửa có chức năng: Lọc, rửa xuôi, hút/ nạp muối, rửa ngược, xả.</p> <p>+ Bồn nhựa chứa muối hoàn nguyên 65 lít kèm 100 kg muối tinh khiết</p> <p>Cột lọc 5 mer-20 inch: 01 bộ</p> <p>- Cột lọc Inox 5 lõi - 20inch: 01 chiếc</p> <p>- Lõi lọc 5 Mer – 20 inch: 05 chiếc</p> <p>b. Hệ thiết bị thẩm thấu ngược RO:</p> <p>- Công suất: 1000-1200 lít/giờ</p> <p>- Màng RO 4040 : 04 cái</p> <p>- Vỏ màng bằng inox đúc SUS304: 04 cái</p> <p>- Máy bơm cao áp trực đứng đa tầng cánh: 01 cái</p> <p>+ Buồng bơm bằng thép không gỉ</p> <p>+ Công suất $\geq 1,1$ kw, 380VAC, 50Hz</p> <p>- Bộ thiết bị:</p> <p>+ 02 Lưu lượng kế (đo lưu lượng nước).</p> <p>+ 02 Đồng hồ dầu đo áp suất</p> <p>+ 01 khung giá Inox hệ thống RO</p> <p>- Bồn inox 304 chứa nước RO: 01 bồn</p> <p>Dung tích: 1000 lít, Độ dày $\geq 0,8$ mm</p> <p>- Tủ điện điều khiển: 01 bộ</p> <p>+ Chất liệu vỏ và khung Inox SUS 304, điều khiển toàn bộ hệ thống sử dụng thiết bị điện Omron, Shneider hoặc tương đương</p> <p>- Đồng hồ đo độ dẫn điện có thang đo $\leq 2000\mu s$ có màn hình hiển thị độ dẫn</p> <p>- Van khóa điều chỉnh các thông số hoạt động</p>
--	--	--	--	---

			<p>như: lưu lượng nước, áp lực nước,...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống báo ngắt hoạt động thông qua hệ thống van, phao điện báo đầy báo cạn - Có đèn báo pha, có chống đảo pha, mất pha - Đường ống uPVC hoặc PPR, phụ kiện, các van inox 304, UPVC kết nối các hệ thành hệ thống nước RO hoàn chỉnh. <p>c. Hệ thiết bị đèn UV khử vi sinh, lọc vi khuẩn nội độc tố</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đèn UV lắp trên đường ống: <p>Công suất $\geq 30W$ – Điện áp 220VAC-50Hz</p>
--	--	--	--

2. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Địa chỉ: Đường Nguyễn Bô, phường Yên Sở, Thành phố Hà Nội

3. Yêu cầu về hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau:

- Báo giá (Theo mẫu tại Phụ lục đính kèm)

Rất mong được sự hợp tác của Quý đơn vị.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, HCQT.

GIÁM ĐỐC



Phan Hoàng Hiệp

PHỤ LỤC

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 876 /BVNTTW ngày 12. tháng 6 năm 2026)

MẪU BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Nội tiết Trung ương

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Nội tiết Trung ương, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các danh mục hàng hóa như sau:

1. Báo giá cho các hàng hóa

STT	Danh mục hàng hóa ⁽¹⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽²⁾	Năm sản xuất ⁽³⁾	Xuất xứ ⁽⁴⁾	Số lượng ⁽⁵⁾	Thông số kỹ thuật ⁽⁶⁾	Đơn giá ⁽⁷⁾ (VND) (Đã bao gồm VAT)	Thành tiền ⁽⁸⁾ (VND)
1								
n	...							

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của danh mục báo giá)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 120 ngày, kể từ ngày báo giá.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các danh mục nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽⁹⁾
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1)(2)(3)(4) : Điền đầy đủ các thông tin của hàng hóa.

(6) Thông số kỹ thuật chi tiết của hàng hóa nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng hàng hóa. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng hàng hóa (bao gồm thuế, phí, lệ phí và hàng hóa liên quan (nếu có) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

(9) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.