

Số: *774* /BVNTTW-VTTBYT

Hà Nội, ngày *8* tháng 5 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Nội tiết Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Cung cấp dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện, phụ kiện thiết bị y tế lần 2 năm 2026”, nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Địa chỉ: Đường Nguyễn Bô - Phường Yên Sở - Hà Nội.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phạm Thị Phương, chuyên viên phòng VTTBYT. Số điện thoại: 098.4704354.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng 403 Nhà A Bệnh viện Nội tiết Trung ương, Đường Nguyễn Bô - Phường Yên Sở - Hà Nội.

Nhà thầu gửi kèm bản mềm báo giá vào địa chỉ email: Email: vtbytt.bvnttw@gmail.com.

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h00' ngày 29/5/2026 đến 10h00' ngày 08/6/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 08/6/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Chi tiết các yêu cầu dịch vụ như sau:

ST T	Danh mục dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Sửa chữa, thay thế linh kiện, phụ kiện cho Hệ thống chụp cắt lớp vi tính xoắn ốc 128 lát cắt trên vòng quay; Model: Revolution EVO; Hãng sản xuất: GE Healthcare; Nước sản xuất: Nhật Bản; Năm sản xuất: 2016	<p>1. Thay thế linh kiện: Gantry Encoder sử dụng cho hệ thống chụp cắt lớp vi tính xoắn ốc 128 lát cắt trên vòng quay.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số lượng linh kiện thay thế: 01 cái. - Linh kiện thay thế đảm bảo mới 100% chưa qua sử dụng. - Linh kiện thay thế hoạt động tương thích với hệ thống chụp cắt lớp vi tính xoắn ốc 128 lát cắt trên vòng quay Model: Revolution EVO. <p>2. Sau khi sửa chữa, thay thế linh kiện đảm bảo thiết bị hoạt động tốt, ổn định, an toàn, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất và yêu cầu chuyên môn.</p> <p>3. Thời gian bảo hành: theo quy định của hãng sản xuất.</p>	01	Gói
2	Sửa chữa, thay thế linh kiện, phụ kiện cho máy Máy gây mê kèm thở Model: AESPIRE-GE 7900; Hãng SX: GE Healthcare; Nước SX: Mỹ Năm SX: 2014	<p>1. Thay thế linh kiện: CPU board máy gây mê kèm thở.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số lượng linh kiện thay thế: 01 bộ. - Linh kiện thay thế đảm bảo mới 100% chưa qua sử dụng. - Linh kiện thay thế hoạt động tương thích với máy gây mê kèm thở Model: AESPIRE-GE 7900. <p>2. Sau khi sửa chữa, thay thế linh kiện đảm bảo thiết bị hoạt động tốt, ổn định, an toàn, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất và yêu cầu chuyên môn.</p> <p>3. Thời gian bảo hành: theo quy định của hãng sản xuất.</p>	01	Gói

<p>3</p> <p>Sửa chữa, thay thế linh kiện cho máy Máy lác máu; Model: I Roll RnR 6 Serial: SL1606AA0297; Hãng sản xuất: Siemens Neuation; Nước sản xuất: Ấn độ; Năm sản xuất: 2016</p>	<p>1. Thay thế linh kiện: Động cơ motor giảm tốc (motor hộp số) cho máy lác máu Model: I Roll RnR 6. - Số lượng linh kiện thay thế: 01 bộ. - Điện áp hoạt động 12 V/DC- 1.5A, công suất khoảng 6 W. - Linh kiện thay thế đảm bảo mới 100% chưa qua sử dụng. - Linh kiện thay thế hoạt động tương thích với máy lác máu Model: I Roll RnR 6. 2. Sau khi sửa chữa, thay thế linh kiện đảm bảo thiết bị hoạt động tốt, ổn định, an toàn, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất và yêu cầu chuyên môn. 3. Thời gian bảo hành: theo quy định của hãng sản xuất.</p>	01	Gói
<p>4</p> <p>Sửa chữa, thay thế linh kiện, phụ kiện cho Máy tiệt trùng Plasma nhiệt độ thấp Model: P150DD; Hãng sản xuất: SMS Sp.z o.o; Nước sản xuất: Ba Lan Năm sản xuất: 2023</p>	<p>1. Thay thế linh kiện: Bơm chân không vòng dầu 2 cấp cho máy hấp tiệt trùng Plasma nhiệt độ thấp Model: P150DD. - Số lượng linh kiện thay thế: 01 cái. - Loại: Bơm chân không vòng dầu 2 cấp. - Lưu lượng: 16.9 m³/h - Công suất: 0.75 Kw - Áp suất: 6.7 x 10⁻⁴ hPa (mbar) - Linh kiện thay thế đảm bảo mới 100% chưa qua sử dụng. - Linh kiện thay thế hoạt động tương thích với máy tiệt trùng Plasma nhiệt độ thấp Model: P150DD. 2. Sau khi sửa chữa, thay thế linh kiện đảm bảo thiết bị hoạt động tốt, ổn định, an toàn, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất và yêu cầu chuyên môn. 3. Thời gian bảo hành: theo quy định của hãng sản xuất.</p>	01	Gói

5	Sửa chữa, thay thế linh kiện, phụ kiện Máy hút dịch Model: Dominant 50; Hãng sản xuất: Medela; Nước sản xuất: Thụy sỹ; Năm sản xuất: 2008	01	Gói
6	Sửa chữa, thay thế linh kiện, phụ kiện Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động Model: BD Phoenix M50; Hãng sản xuất: Becton Dickinson; Nước sản xuất: Mỹ; Năm sản xuất: 2018	01	Gói

1. Thay thế linh kiện: Dây đai (dây cu doa) truyền động cho máy lắc máu Model: Dominant 50;
- Số lượng linh kiện thay thế: 01 cái.
- Kích thước: Rộng 18 mm.
- Đường kính 100 mm (chúng loại tron không có răng).
- Linh kiện thay thế đảm bảo mới 100% chưa qua sử dụng.
- Linh kiện thay thế hoạt tương thích với máy hút dịch Model: Dominant 50.

2. Sau khi sửa chữa, thay thế linh kiện đảm bảo thiết bị hoạt động tốt, ổn định, an toàn, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất và yêu cầu chuyên môn.

3. Thời gian bảo hành: theo quy định của hãng sản xuất.

1. Thay thế linh kiện: Bộ đèn Light Source Driver Board cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động Model: BD Phoenix M50.
- Số lượng linh kiện thay thế: 01 bộ.
- Điện áp đầu vào : 24VDC
- Điện áp nội bộ : +15V, +5V, -5V, +3.3V, +2.5V, +1.2V
- Điện áp tham chiếu : DACREF0/1 +2.5V
- Điện áp bo mạch : +3.072V
- Nhiệm vụ chính : Cung cấp nguồn sáng quang học.
- Hệ thống LED : RGB và UV.
- Linh kiện thay thế đảm bảo mới 100% chưa qua sử dụng.
- Linh kiện thay thế hoạt tương thích với máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động Model: BD Phoenix M50.

2. Sau khi sửa chữa, thay thế linh kiện đảm bảo thiết bị hoạt động tốt, ổn định, an toàn, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất và yêu cầu chuyên môn.

3. Thời gian bảo hành: theo quy định của hãng sản xuất.

7	<p>Sửa chữa, thay thế linh kiện, phụ kiện Máy nén khí y tế Model: E04; Hãng sản xuất: Boge; Nước sản xuất: Đức; Năm sản xuất: 2024</p>	<p>1. Thay thế linh kiện: 1.1. Thay thế: Màn hình điều khiển/ base control unit replacement - Số lượng linh kiện thay thế: 01 Bộ - Màn hình điều khiển máy nén khí có các chức năng hiển thị và điều khiển đều có thể được tìm thấy trên bộ điều khiển: * Các chức năng hiển thị: + Màn hình LCD : Dễ dàng giám sát, theo dõi, cài đặt thông số và điều khiển máy nén khí. + Có Đèn báo lỗi khi gặp sự cố hoặc khi cảnh báo. + Có Đèn báo trạng thái sẵn sàng. * Các chức năng điều khiển: + Có Phím Thông tin: Để chuyển đổi giữa các màn hình hiển thị nhằm gọi ra các thông tin khác nhau do bộ điều khiển cung cấp. Để thay đổi thông số khi cài đặt. + Có Phím Nhập : Để chỉnh sửa giá trị, thông số và để xác nhận cài đặt. + Có Phím Bật : Để bật máy chạy + Có Phím Tắt: Để dừng máy - Có chức năng tự khởi động lại được bật sau khi mất điện (thông qua thiết lập tham số) - Linh kiện thay thế đảm bảo mới 100% chưa qua sử dụng. - Linh kiện thay thế hoạt động tương thích với máy nén khí y tế Model: E04 1.2. Thay thế linh kiện: Suction filter cartridge/ Lọc gió - Số lượng linh kiện thay thế: 01 Cái - Kích thước : + Cao 70mm + Đường kính trong : 34mm + Đường kính ngoài : 60mm</p>	01	Gói
---	--	--	----	-----

		<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Giấy lọc - Linh kiện thay thế đảm bảo mới 100% chưa qua sử dụng. - Linh kiện thay thế hoạt động tương thích với máy nén khí y tế Model: E04 2. Sau khi sửa chữa, thay thế linh kiện đảm bảo thiết bị hoạt động tốt, ổn định, an toàn, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất và yêu cầu chuyên môn. 3. Thời gian bảo hành: theo quy định của hãng sản xuất. 		
--	--	---	--	--

2. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Địa chỉ: đường Nguyễn Bô, phường Yên Sở, thành phố Hà Nội.

3. Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không áp dụng

- Thanh toán trong vòng 90 ngày sau khi hoàn thiện các tài liệu thanh toán.

5. Yêu cầu về hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau:

- Báo giá (Theo mẫu tại Phụ lục đính kèm.)

- Catalog, hợp đồng tương tự, cấu hình và tính năng Kỹ thuật của vật tư và các tài liệu khác liên quan (nếu có).

- Trong trường hợp cần thiết, nhà thầu có thể liên hệ bệnh viện vào khảo sát thực tế, để báo giá cho phù hợp.

Rất mong được sự hợp tác của Quý Công ty.

Trân trọng./.


Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, VTTBYT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Phan Hương Dương

Mẫu báo giá kèm theo yêu cầu báo giá số: 774 / BVNTTW-VTTBYT ngày 28/5/2026).

[TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ]

Địa chỉ:

Số điện thoại :

Fax:

E-mail:

Website:

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Bệnh viện Nội tiết Trung ương.

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của **Bệnh viện Nội tiết Trung ương**, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế.

STT	Danh mục dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá đã bao gồm thuế VAT (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1						
2						
...						
Tổng cộng:						

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 120 ngày], kể từ ngày 08 tháng 6 năm 2026 [ghi ngày ... tháng... năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

, ngày... tháng... năm 2026.

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp⁽²⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi bảo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thông nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Bảo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.